

P. przewodniczący Rady Gminy Rząśnia
[Signature]

Urząd Gminy w Rząśni	
wpłynęło dnia	23.01.2026
Nr	3533
podpis	[Signature]
Znak sprawy	

PROTOKÓŁ NR 1/2026

Z KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ

ZADANIE: Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu i wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni w ramach realizacji projektu „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”

Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1) Radna Agnieszka Wojtysiak – Kordowina – Przewodnicząca Komisji.
- 2) Radny Sławomir Boroń – Wiceprzewodniczący Komisji.
- 3) Radny Mariusz Bożek – Członek Komisji.
- 4) Radny Tomasz Leszczyk – Członek Komisji.
- 5) Radny Damian Szcześniak – Członek Komisji.

działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Rząśnia Nr XLVI/299/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Rząśnia, Uchwały nr XIX/139/2026 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 stycznia 2026 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Rząśnia na 2026 r., przeprowadziła kontrolę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu i wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni w ramach realizacji projektu „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, w szczególności:

- prawidłowość przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- zgodność działań z ustawą Prawo zamówień publicznych,
- prawidłowość współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a Kierownikiem GOZ,
- zgodność procedury postępowania przetargowego określającego przedmiot zamówienia z celem projektu.

Zastosowano następujące metody i czynności kontrolne:

- analiza dokumentów,
- analiza akt postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- wyjaśnienia ustne lub pisemne złożone przez pracowników.

Zespół kontrolny pracował w składzie:

- 1) Radna Agnieszka Wojtysiak – Kordowina – Przewodnicząca Komisji.
- 2) Radny Sławomir Boroń – Wiceprzewodniczący Komisji.
- 3) Radny Mariusz Bożek – Członek Komisji.
- 4) Radny Tomasz Leszczyk – Członek Komisji.

[Signature]
[Signature]

Komisja w ramach kontroli przedmiotowego zadania odbyła dwa posiedzenia kontrolne. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 23.03.2026 roku o godz 14:00, drugie 13.04.2026 roku o godzinie 14:30.

Komisja rozpoczęła działania kontrolne od zapoznania się z dokumentacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie i ustaliła co następuje.

1. Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni, ul. Waryńskiego 6a, 98-332 Rzęśnia w związku z pozyskanym dofinansowaniem zwróciła się do Wójty Gminy Rzęśnia z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Rzęśnia w imieniu i na rzecz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni. W załączeniu do wniosku przedłożono zestawienie i ilości i opis parametrów technicznych planowanego do zakupu wyposażenia.
2. Na podstawie wniosku w dniu 01.08.2025 roku zawarto porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy Rzęśnia a Kierownikiem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni dotyczące wzajemnych praw i obowiązków w procedurze zamówienia publicznego.
3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 01.08.2025 r. na podstawie analizy rynku. W związku z faktem, iż planuje się podzielić zamówienie na części wartości szacunkowe kształtują się następująco:
 - a) dla części I zamówienia kwotę 4.537,04 zł netto,
 - b) dla części II zamówienia kwotę 214.814,81 zł netto,
 - c) dla części III zamówienia kwotę 39.438,88 zł netto,
 - d) dla części IV zamówienia kwotę 23.090,15 zł netto.
4. Wójt zarządzeniem UGO.0050.64.2025.PC z dnia 01.08.2025 r powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
5. Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji wszczęto w dniu 05.08.2025 roku publikując ogłoszenie o zamówieniu w BZP pod nr 2025/BZP 00361925/01. Przedmiot zamówienia podzielono na 4 następujące części:
 - 1) **Część I zamówienia - Zakup aparatu EKG o następujących minimalnych parametrach:**
 - a) Aparat elektrokardiograficzny fabrycznie nowy rok produkcji 2025.
 - b) Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych lub odprowadzenia Cabrera.
 - c) Możliwe rodzaje badań min: AUTO, MANUAL, SPIRO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG.
 - d) Aparat ekg z automatyczną analizą i interpretacją zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta.
 - e) Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu,
 - f) Zasilanie sieciowo-akumulatorowe.
 - g) Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620 t.j. z dnia 2024.11.05).
 - h) Menu wyświetlane na ekranie, menu obsługiwane za pomocą panelu dotykowego.
 - i) Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I – załącznik nr 7a do SWZ

- 2) **Część II zamówienia -Zakup aparatu USG o następujących minimalnych parametrach:**
 - a) Aparat ultrasonograficzny fabrycznie nowy rok produkcji 2025.

- b) Panel sterowania z możliwością obrotu oraz regulacją wysokości i fizyczną klawiaturą alfanumeryczną wysuwaną spod pulpitu.
- c) Możliwość wyboru wersji oprogramowania w języku polskim.
- d) Monitor LED, wysokiej rozdzielczości, kolorowy. min. przekątna: 23" rozdzielczość min. 1920 x 1080.
- e) Głowice: convex do badań jamy brzusznej, ginekologiczno-położniczych wykonana w technologii monokryształu, głowica sektorowa (phased array) do badań kardiologicznych wykonana w technologii monokryształu, głowica liniowa dedykowana między innymi do diagnostyki piersi, narządów powierzchniowych i naczyń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II – załącznik nr 7b do SWZ

3) Część III zamówienia – Zakup sprzętu i urządzeń medycznych w następującym zakresie:

- a) BILIRUNOMETR o następujących minimalnych parametrach:
 - Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2025,
 - Zakres pomiarowy 0.0 mg/dL - 30.0 mg/Dl,
 - Dokładność ± 1.5 mg/Dl,
 - Wyświetlacz LCD 3-segmentowy,
 - Pamięć min 20 ostatnich pomiarów.
- b) DETEKTOR TĘTNA PŁODU o następujących minimalnych parametrach:
 - Głowice Wodoszczelne IPX7, budowa z 9 kryształów, częstotliwość 0,985MHz, FHR 50-240 bpm),
 - Kolorowy wyświetlacz,
 - Drukarka,
 - Funkcje: Transfer danych na USB, Funkcja oznaczania, Podójny FM, Analiza zapisu ktg, Analiza badania ktg, 450 godzin pamięci zapisu,
- c) 5 OTOSKOPÓW o następujących minimalnych parametrach:
 - Fabrycznie nowe,
 - Szkiełko wzierne z 3-krotnym powiększeniem i funkcją blokowania,
 - Port do testu pneumatycznego.
- d) 4 sztuki PULSOKSYMETRÓW o minimalnych parametrach:
 - Zakres pomiaru SpO₂: 35–100%,
 - Zakres pomiaru tętna (PR): 30–250 uderzeń na minutę,
 - Dokładność: SpO₂: $\pm 2\%$ w zakresie 70–99%, Tętno: ± 2 uderzenia na minutę lub $\pm 2\%$ (w zależności od tego, która wartość jest większa)
 - Zasilanie: baterie,
 - Wyświetlacz: min 2,4-calowy kolorowy.
- e) 1 SPIROMETR o minimalnych parametrach:
 - Urządzenie fabrycznie nowe,
 - Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows,
 - Spirometr obsługiwany przez dowolny PC z zaimplementowanym oprogramowaniem w systemie operacyjnym Windows,
 - Głowica pneumotachograficzna wymienna dla każdego pacjenta (bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów przeciwbakteryjnych) w zakresie dostawy 10 szt. głowic pneumotachograficznych, ustniki rozmiarach: dla dorosłych 10 szt, dla dzieci 10 szt, klipsy na nos min 2 szt,
 - Możliwość przyłączenia dodatkowych modułów,
 - Oprogramowanie w języku polskim
- f) 5 STETOSKOPÓW PEDIATRYCZNYCH o następujących minimalnych parametrach:

- Urządzenia fabrycznie nowe,
- Skala akustyczna: 7,
- Model: Dziecko,
- Technologia głowicy: Dwustronna

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części III – załącznik nr 7c do SWZ

4) Część IV zamówienia – Zakup pozostałych urządzeń dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w następującym zakresie:

- a) FANTOM DO BADANIA PIERSI o następujących minimalnych parametrach:
 - Zmiany chorobowe przedstawione na modelu: Mastopatia, Rak z wgłębieniem w skórze, Gruczolakowłóknik, Guz, Rak z pomarszczeniem,
 - Szelki umożliwiające założenie go na siebie do celów nauki samobadania
 - Torba transportowa
- b) 2 LAMPY BEZCIENIOWE o minimalnych parametrach:
 - Technologia włączania/wyłączania BEZDOTYKOWA,
 - Żywotność LED 50,000 godzin,
 - Temperatura koloru 5,500° K,
 - Opcje montażu Montaż na stole / ścianie, mobilny stojak
- c) 2 LAMPY UV o minimalnych parametrach:
 - Urządzenie fabrycznie nowe,
 - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
 - Element emitujący promieniowanie UV-C: TUV30W,
 - Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : min 2,3 W / m²
- d) 2 OCZYSZCZACZE POWIETRZA o następujących minimalnych parametrach:
 - Urządzenie fabrycznie nowe,
 - Wolnostojący,
 - Wielopoziomowa filtracja i lampa UV- C,
 - Moc min. 85W,
 - Likwidacja cząsteczek PM 2,5: 99 %
- e) 6 TERMOMETRÓW ELEKTRONICZNYCH o następujących minimalnych parametrach:
 - Urządzenia fabrycznie nowe,
 - Pamięć: 30 pomiarów,
 - Wyświetlany zakres pomiarów: czoło: od 22°C do 44°C, powierzchnia: od 0°C do 100°C, pomieszczenie: od 10°C do 40°C.
- f) 2 wagi medyczne dla niemowląt o następujących minimalnych parametrach:
 - Urządzenia fabrycznie nowe,
 - Klasa dokładności: III (3),
 - Obciążenie maksymalne: 15 kg,
 - Wyświetlacz LCD,
 - Zasilanie: bateryjne lub zasilacz,
 - Wzrostomierz
- g) 2 wagi ze wzrostomierzem o następujących minimalnych parametrach:
 - Nośność: 200 kg,
 - Funkcje: TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie,
 - Wyświetlacz: LCD.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części IV – załącznik nr 7c do SWZ

6. Termin składania ofert upłynął w dniu 14.08.2025 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14.08.2025 r o godz. 11:30
7. Przed otwarciem ofert zamawiający udostępnił kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- 1) dla części I zamówienia kwotę 4.537,04 zł netto,
 - 2) dla części II zamówienia kwotę 214.814,81 zł netto,
 - 3) dla części III zamówienia kwotę 39.438,88 zł netto,
 - 4) dla części IV zamówienia kwotę 23.090,15 zł netto.
8. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

1) **W części I postępowania: nie złożono żadnej oferty.**

2) **W części II postępowania:**

Lp	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto	Okres gwarancji
1.	ADO-MED Sp. z o.o. 41-600 Świętochłowice ul. Bytomska 38b NIP: 6272428175	231.120,00 zł	24 miesiące

3) **W części III postępowania:**

Lp	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto	Termin płatności faktury
1.	CAREBITS SPÓŁKA Z O.O ul. Nowy Świat 57/59 m12 00-042 Warszawa NIP 5252832211	8.640,00 zł	30 dni

4) **W części IV postępowania:**

Lp	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto	Termin płatności faktury
1.	Medeir Przemysław Fila, ul. Ochla-Niedźwiedzia 8, 66-006 Zielona Góra NIP 9281772488	27.318,00 zł	30 dni
2.	Firma „MIKIMAKS” Anna Bienias – Popiel ul. Kościuszki 37, 98-330 Pajęczno NIP: 7722019751	30.975,78 zł	30 dni

9. Zamawiający w zakresie części III zamówienia odrzucił ofertę firmy CAREBITS SPÓŁKA Z O.O na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi, iż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia (oferta złożona nie na cały zakres danej części zamówienia)

10. Zamawiający w dniu 20.08.2025 roku unieważnił postępowanie:

- a) **Dla I części zamówienia:** na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie w zakresie tej części, ponieważ w zakresie tej części zamówienia nie złożono żadnej oferty.
- b) **Dla III części zamówienia:** Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych unieważnił niniejsze postępowanie w zakresie tej części, ponieważ jedyna oferta złożona w tej części zamówienia podlegała odrzuceniu.

11. Zamawiający w dniu 22.08.2025 roku rozstrzygnął postępowanie w zakresie:

akt ZA.
[Signature]

- a) W części II postępowania wybierając ofertę ADO-MED Sp. z o.o., 41-600 Świętochłowice, ul. Bytomska 38b
- b) W części IV postępowania wybierając ofertę Medeir Przemysław Fila, ul. Ochla-Niedźwiedzia 8, 66-006 Zielona Góra

12. W zakresie unieważnionych części postępowania ponownie w dniu 26.08.2025 wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji publikując ogłoszenie pod nr 2025/BZP 00392245 . Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 następujące części:

- 1) Część I zamówienia - Zakup aparatu EKG .
 - 2) Część II zamówienia – Zakup sprzętu i urządzeń medycznych.
13. Termin składania ofert upłynął w dniu 03.09.2025 r. o godz. 10 : 00. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 03.09.2025 r o godz. 10:30.
14. Przed otwarciem ofert zamawiający udostępnił kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:
- a) dla części I zamówienia kwotę 4.537,04 zł netto,
 - b) dla części II zamówienia kwotę 39.438,88 zł netto.
15. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

1) W części I postępowania:

Lp	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto	Okres gwarancji
1.	BTL Polska sp. z o. o. ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa NIP 5222626984	9.000,00 zł	12 miesięcy

2) W części II postępowania:

Lp	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto	Termin płatności faktury
1.	BTL Polska sp. z o. o. ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa	38.494,00 zł	30 dni
2.	Ronomed Sp. z o.o. Sp.k., ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław NIP 7543011655	30.706,80 zł	30 dni

16. Zamawiający w dniu 09.09.2025 r rozstrzygnął postępowanie wybierając

- a) W części I postępowania firmę BTL Polska sp. z o. o., ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa.
- b) W części II postępowania firmę Ronomed Sp. z o.o. Sp.k., ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław.

17. W wyniku odmowy podpisania umowy przez wybranego oferenta w części II postępowania dokonano na podstawie art. 263 ustawy Prawo zamówień publicznych ponownego badania i oceny ofert i uznano za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: **BTL Polska sp. z o. o. ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa**

18. Prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu 19.09.2025 r.

19. Umowy zostały zawarte:

- a) w zakresie części I zamówienia w dniu 18.09.2025 r. z firmą BTL Polska sp. z o. o. ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa na kwotę 9.000,00 złotych brutto w przedmiocie dostawy aparatu EKG

KA. aut
F. L. Bous

b) w zakresie w zakresie części II zamówienia w dniu 25.09.2025 r. z firmą BTL Polska sp. z o. o. ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa na kwotę 38 494,00 złotych brutto w przedmiocie dostawy dla Zamawiającego sprzętu i urządzeń medycznych
20. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 26.09.2025 r. pod nr 2025/BZP 00443136/01.

Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na następujące kwestie:

- 1) Zgodnie za zapisami rozdziału XVI SWZ w drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium w zakresie części I ani też II. Przedmiotowa sytuacja spowodowała, iż wybrany oferent, tj. firma Ronomed Sp. z o.o. odstępując od umowy nie poniosła żadnych konsekwencji finansowych.
- 2) W przypadku kilku części zamówienia nastąpiła rozbieżność pomiędzy wartością szacunkową, a cenami oferowanymi w postępowaniu przetargowym, np. część I zamówienia (aparat EKG) wartość szacunkowa 4.537,04 zł netto a cena oferty 9.000,00 zł brutto.
- 3) Czy dobór sprzętu i wyposażenia medycznego był najbardziej optymalny do potrzeb.

Wyjaśnień w kwestii pkt 1 i 3 udzielił Pan Przemysław Cimcioch – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju argumentując, iż:

Ad 1 Zgodnie z art. 281 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych kwota wadium w postępowaniach krajowych, nie może być większa niż 1,5% wartości zamówienia.

Wartość szacunkowa zamówienia w przypadku części I wynosiła 4.537,04 zł netto tak więc maksymalna kwota wadium mogła wynosić 68,05 zł.

Wartość szacunkowa zamówienia w przypadku części II wynosiła 39.438,88 zł tak więc maksymalna kwota wadium mogła wynosić 591,58 zł.

Przygotowując postępowanie dla tak małych kwot wadium odstępuje się od żądania ich wniesienia z uwagi, iż żądanie wadium niesie po stronie Gminy szereg obowiązków związanych nie tylko z odpowiednią procedurą jego księgowania, ale i obowiązkiem zwrotu wadium wraz z odsetkami i pomniejszeniem kosztów prowadzenia rachunku bankowego. Procedura wyliczenia zwrotu odpowiedniej kwoty wadium jest czasochłonna i nieadekwatna do funkcji jaką pełni wadium. Podkreślenia wymaga fakt, iż dla dwóch części zamówienia, których wartość szacunkowa była większa, Zamawiający żądał wadium.

Ad 2) Rozbieżność wynika przede wszystkim z faktu, iż wartość szacunkowa zamówienia określana jest w kwotach netto, a ceny ofert podawane są w wartościach brutto. Na rozbieżność wartości szacunkowej z kwotą oferty z zakresie dostawy EKG ma również wpływ znaczący wpływ czasu, jak i fakt, że w trakcie postępowania przetargowego pierwotny zakres rozszerzono o kilka funkcjonalności, min. wózek do urządzenia.

Ad 3) Pani Małgorzata Bujacz - Kierownik Gminnego Ośrodka zdrowia wyjaśniła, iż zakres możliwych urządzeń i sprzętu był ściśle określony przez NFZ w regulaminie naboru. Wyposażenie określone we wniosku wynikało z realnych potrzeb ośrodka.

Sprzęt był wybierany bez wskazania znaków towarowych, lecz na podstawie parametrów równoważności. Pani Kierownik oświadczyła, iż projekt został w całości rozliczony przez dotującego, który nie wniósł żadnych uwag do zakresu rzeczowego. Procedura postępowania przetargowego określająca przedmiot zamówienia jest zgodna z celem projektu.



Podsumowanie pokontrolne:

W wyniku czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rzaśnia na podstawie przedstawionych dokumentów i po uzyskaniu wyjaśnień ze strony organu wykonawczego, nie stwierdziła uchybień w przedmiocie kontroli. Procedura przeprowadzonego postępowania przetargowego została przeprowadzona w sposób zgodny z przepisami. Współpraca pomiędzy Urzędem Gminy a Kierownikiem GOZ była prawidłowa.

Zgodnie z zaistniałą sytuacją Komisja zwraca uwagę na fakt, iż w celu zabezpieczenia interesu Zamawiającego, należy rozważyć zastosowanie wadium w zamówieniach publicznych w kwocie szacunkowej przekraczającej 30 000 zł.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w dniu 20.04.2026 roku.

Podpisy komisji:

Radna Agnieszka Wojtysiak Kordowina – Przewodnicząca Komisji

..... *Agnieszka Wojtysiak-Kordowina*

Radny Sławomir Boroń – Wiceprzewodniczący Komisji

..... *Sławomir Boroń*

Radny Mariusz Bożek – Członek Komisji

..... *Mariusz Bożek*

Radny Tomasz Leszczyk – Członek Komisji

..... *Tomasz Leszczyk*

Radny Damian Szcześniak – Członek Komisji

..... *nieobecny*

.....

Podpisy osób biorących udział w pracach Komisji/składających wyjaśnienia:

Przemysław Cimciach – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Rzaśni

..... *Przemysław Cimciach*

Małgorzata Bujacz – Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni

..... *Małgorzata Bujacz*

Sporządziła: Agnieszka Wojtysiak-Kordowina

20.04.2026

*O Inny znak awu
23.04.2026.*

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Rzaśni

Małgorzata Bujacz
Małgorzata Bujacz